

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1

на Матеріал перев'язувальний гемостатичний Ревул® (Revul®)

Серія 050010217Кількість 2873Дата виготовлення 2017-02-02Термін придатності до 2019-01

Аналіз виконано відповідно до СП-08.04МВ-038

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Щільне неткане полотно кремового або жовтого кольору	Відповідає
2	Ширина	Від 10,4 см до 12,0 см	Відповідає
3	Довжина	Від 180 см до 186 см	Відповідає
4	Вологість	Не більше 12 %	6,24
5	Розривне навантаження	Від 22,5 N до 27,5 N	24,9
6	Щільність	Не менше 70 г/м ²	77,4
7	Ідентифікація Хітозана	Інфрачервоний спектр поглинання повинен відповідати стандартному спектру поглинання Хітозану	Відповідає
8	Цілісність первинного пакування	Пакування має бути цілісним та герметичним	Відповідає
9	Стерильність	Повинен витримувати випробування на стерильність	Відповідає
10	Маркування та пакування	Відсутність дефектів зовнішньої поверхні пакування: - неоднорідність матеріалів у вигляді розривів, інших руйнувань; - включень стороннього матеріалу; - вологи та забруднень. Маркування повинно відповідати затвердженому зразку.	Відповідає

Висновок: Матеріал перев'язувальний гемостатичний Ревул® (Revul®) відповідають вимогам СП-08.04МВ-038

в. о. Начальника ВОКЯ

Л.О. Басенко

Директор департаменту контролю якості

А.А. Лавренко



27.02.2017