



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3 на Матеріал перев'язувальний гемостатичний Revul® (Ревул®)

Партія **050030622**Кількість **5038**Дата виготовлення **2022-06-15**Не застосовувати після **2024-05**

Аналіз виконано відповідно до СП-08.04МВ-038

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Щільне неткане полотно кремового або жовтого кольору. Полотно повинно бути без видимих пошкоджень та забруднень	Відповідає
2	Ширина	Від 10,4 см до 12,0 см	Відповідає
3	Довжина	Від 180 см до 186 см	Відповідає
4	Щільність	Не менше 70 g/m ²	95,50
5	Вологість	Не більше 12 %	6,15
6	Ідентифікація Хітозану	Інфрачервоний спектр повинен відповідати спектру стандартного зразку Хітозану	Відповідає
7	Цілісність первинного пакування	Пакування має бути цілісним та герметичним	Відповідає
8	Стерильність	Повинен витримувати випробування на стерильність	Відповідає
9	Маркування та пакування	Відсутність дефектів зовнішньої поверхні пакування: - неоднорідність матеріалів у вигляді розривів, інших руйнувань; - включень стороннього матеріалу; - вологи та забруднень. Маркування повинно відповідати затвердженому зразку	Відповідає

Висновок: Матеріал перев'язувальний гемостатичний Revul® (Ревул®) відповідають вимогам СП-08.04МВ-038

Начальник ВОКЯ

Т.А. Онищенко

Керівник департаменту контролю якості

А.Ю. Хоменко



30.06.2022